

義歯用 コバルトクロム合金線


クラスⅡ 指定管理医療機器
 歯科用コバルト・クロム合金線
 認証番号 230AFBZX00058000
 DB コバルトクラスプ線

DentalBank® × SII

DB コバルトクラスプ線

DB Co-Cr ALLOY WIRE

テストサンプル
 ご予約受付中



FOR DENTURE

機械式腕時計の動力ゼンマイに使われる特殊金属材料
 高品質な合金線を義歯用ワイヤーとしてお使いいただけます

DB コバルトクラスプ線

DB Co-Cr ALLOY WIRE

主な特徴

高い操作性を実現する適度な柔らかさで、
 歯牙に沿って思い通りに成型が可能となりました。
 屈曲・成形可能で義歯に適切な硬度。

用途：歯科用鉤（クラスプ又はレスト等）の製作に用いる。

製品仕様	直径：1.0mm , 0.9mm			長さ：5m/1箱		
	コバルト	クロム	引張り強さ	耐力	伸び	溶出
JIS T 6104 基準	25%以上	15%以上	980MPa 以上	785MPa 以上	1%以上	1.0mg/ cm ² 未満
DB コバルトクラスプ線	34%以上	19%以上	1200 MPa 以上	1000 MPa 以上	10%以上	0.001 mg/ cm ² 以下

*掲載の価格と参考データは2019年11月現在のものです。実際のパッケージは異なる場合がございます。

* SII はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

ご利用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

DB コバルトクラスプ線 サンプル注文書 必要事項を記入して歯科材料ディーラー様よりお問い合わせ下さい。

ご氏名	フリガナ	医院様名 技工所様名	フリガナ
ご住所	〒	ご連絡先 e-mail	TEL・mobile @

DB コバルトクラスプ線

サンプル希望

製造販売元 DentalBank®

株式会社 DentalBank 第一種医療機器製造販売業 福岡県大野城市御笠川 2-8-9
 TEL: 092-513-3280 FAX: 092-513-3281 www.dentalbank.info

2019年11月

有限会社マルヤマ歯科商店